

## **Alerta de Seguridad 0238**

### **Esterilizadores de vapor**

**Código del reporte: 0238**

**Mayo, 2008**

**Equipo Médico:** Esterilizadores de vapor (Autoclaves) [13-748]

#### **Uso:**

Los esterilizadores de vapor (Autoclaves) son equipos médicos que están diseñados para lograr productos estériles que son empleados en el cuidado de pacientes y por ello garantizar la seguridad y eficacia de estos equipos en toda clase de unidades asistenciales de salud.

#### **Problema:**

La esterilización es un sistema complejo que incluye varios pasos como: colección, limpieza y lavado, cargado de la cámara, el uso de indicadores químicos y biológicos, monitoreo de la presión y su calidad, almacenamiento del material esterilizado entre otros.

Debido a ello cualquier alteración de los procedimientos establecidos para esterilizar o el mal funcionamiento de este equipo, **puede ocasionar riesgos potenciales a usuarios y/o pacientes.**

Todos los aspectos concernientes a los procesos de esterilización se encuentran descritos en el Manual de Operaciones y en las Guías de Buena Esterilización.

#### **Acciones:**

Por la importancia que representa el cumplimiento de lo referido anteriormente el CCEEM indica lo siguiente:

- Que en las Instituciones de salud y en especial en los Departamentos de Esterilización, deben garantizar que el personal usuario de esta tecnología debe estar debidamente entrenado y capacitado para la manipulación de estos equipos y que cumplan las normas de esterilización que garanticen la seguridad de estos procedimientos.
- La Instituciones de salud deben garantizar que cada usuario tenga accesible el Manual de Operación de cada equipo médico.

- Esté alerta en su Institución ante la ocurrencia de algún problema o aparición de eventos adversos y notifíquelo a través del Modelo de Reportes de Eventos Adversos disponible en:

<http://www.eqmed.sld.cu/fabrequipospdf/modelorem.doc>

**Distribuidas:** Coordinadores de Seguridad de Equipos Médicos, Personal especializado, Enfermería.

**El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos.**

***Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM.***

Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.  
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

**Teléfono:** Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

**E-Mail:** [rem@cceem.sld.cu](mailto:rem@cceem.sld.cu)

**Fax:** 838-1930

Aprobado por:



Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira  
Directora